



ACTA DE VISITA AL SITIO
D/047/2024
SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA EL ARQ. JOSÉ MANUEL MORALES MARTÍNEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EL ARQ. JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

SE LES PROPORCIONA A TODOS LOS PARTICIPANTES UN CROQUIS EN EL QUE SE ESPECIFICA EL SITIO EN EL QUE SE PODRÁN PRESENTAR PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA, A LO QUE ELLOS MANIFESTARON QUE NO SE PRESENTARÁN EN EL SITIO, POR LO QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD CONOCER EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS

ARPE PAVIMENTACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

IRVING ALEJANDRO URBINA GARCÍA

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/047/2024

SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA EL ARQ. JOSÉ MANUEL MORALES MARTÍNEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EL ARQ. JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:	
DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.	
PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO POR EL QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 ASI COMO APLICAR LA CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI	
EN LA PARTIDA &15 EQUIPOS Y ACCESORIOS EN EL CONCEPTO C.00.0228 DICE:	
C.00.0228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA GENERADORA DE VACÍO GRADO TIPO PAQUETE, MARCA POWEREX, IVS-SIMPLEX SYSTEM MODELO IVS040 DE 26 SCFM Y TANQUE DE 80 GALONES HORIZONTAL CON MOTOR DE 5 HP, FABRICADA BAJO LA NORMATIVIDAD DE NFPA99-2012, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE BAJO EL SISTEMA DE CALIDAD ISO9001:2008 E ISO13485:2003, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVIDAD NFPA99-2012, ASME, NOM 016SSA1-2012, EQUIPO COMPUESTO POR: BOMBA DE VACÍO DE ASPAS LUBRICADAS POR ACEITE, OPERADAS CON MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP, TANQUE DE ACERO CONFORME ASME CON RECUBRIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE PINTURA EN POLVO HORNEADA, PANEL DE CONTROL EN GABINETE CLASE NEMA 12, SISTEMA LUBRICADO CON ACEITE SINTÉTICO, CON SENSORES PARA ALTA TEMPERATURA Y BAJO NIVEL DE ACEITE, EL EQUIPO DEBE SER INSTALADO Y RECIBIR MANTENIMIENTO POR "PERSONAL CERTI CADO" EN ASSE6005, ASSE6010, ASSE6040, INSTALADA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CONEXION ELÉCTRICA Y MECÁNICA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS Y FLETES.
	PZA 1.00
DEBE DECIR:	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/047/2024

SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

C.00.0228	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA GENERADORA DE VACÍO TIPO PAQUETE, MARCA POWEREX, IVS-SIMPLEX SYSTEM MODELO IVS040 DE 26 SCFM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TANQUE DE 80 GALONES HORIZONTAL CON MOTOR DE 5 HP, FABRICADA BAJO LA NORMATIVIDAD DE NFPA99-2012, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE BAJO EL SISTEMA DE CALIDAD ISO9001:2008 E ISO13485:2003, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVIDAD NFPA99-2012, ASME, NOM 016SSA1-2012, EQUIPO COMPUESTO POR: BOMBA DE VACÍO DE ASPAS LUBRICADAS POR ACEITE, OPERADAS CON MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP, TANQUE DE ACERO CONFORME ASME CON RECUBRIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE PINTURA EN POLVO HORNEADA, PANEL DE CONTROL EN GABINETE CLASE NEMA 12, SISTEMA LUBRICADO CON ACEITE SINTÉTICO, CON SENSORES PARA ALTA TEMPERATURA Y BAJO NIVEL DE ACEITE, EL EQUIPO DEBE SER INSTALADO Y RECIBIR MANTENIMIENTO POR "PERSONAL CERTIFICADO" EN ASSE6005, ASSE6010, ASSE6040, INSTALADA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CONEXION ELÉCTRICA Y MECÁNICA, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS Y FLETES.</p>	PZA	1.00
-----------	--	-----	------

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:45 HRS.

ARPE PAVIMENTACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

IRVING ALEJANDRO URBINA GARCÍA

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

